

Warszawa, 21.03.2017 r.

PRZYCHODNIA LEKARSKA
AKADEMII OBRONY NARODOWEJ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-910 Warszawa Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 103

Nr sprawy: PL AON-ZP/01/2017

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 21.03.2017 r.

Czy w Pakiecie nr 5 Zamawiający dopuści tonometr bezdotkowy o parametrach jak poniżej:

1. Zakres pomiarowy od 0 do 60 mmHg, (0-30 mm Hg/ 25-60 mm Hg)
Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
2. Źródło światła: diodowe
Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
3. Długość fali: 880 nm
Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
4. Wielkość energii na wyjściu podczas pomiaru: <100 mikroW
Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
5. Rodzaj oświetlenia przedniego odcinak oka: dioda o długości fali 780 nm
Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
6. Możliwość wyboru trybów pomiarowych: manualny, automatyczne naprowadzanie, automatyczne naprowadzanie i pomiar
Odpowiedź: Tak.
7. Możliwość ustawiania parametrów zarówno za pomocą pulpitu jak i ekranu
Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
8. Przy wyborze opcji wielokrotnego strzału, system wytwarza do trzech podmuchiów pomiarowych w ekstremalnie krótkiej sekwencji (każdy 0.1 sekundy)
Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
9. Sterowanie tonometrem zarówno za pomocą joysticka jak i dotykowego ekranu
Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
10. Korekta ciśnienia wewnątrzgałkowego o grubość rogówki pacjenta
Odpowiedź: Tak.
11. Sterowanie podbródkiem z pulpitu
Odpowiedź: Tak.
12. Odległość robocza 11mm
Odpowiedź: Tak.
13. Możliwość korekcy pomiarów przez wynik pachymetrii
Odpowiedź: Tak.
14. Wbudowana termiczna drukarka
Odpowiedź: Tak.
15. Zakresy ruchu: przód-tył: 40mm, lewo-prawo: 88mm, góra-dół: 50mm
Odpowiedź: Tak.
16. Zakres ruchu podbródka: 70mm
Odpowiedź: Tak.
17. Przekątna wyświetlacza: 5,7 cali
Odpowiedź: Tak.
18. Wyjście RS 232C
Odpowiedź: Nie, zgodnie ze specyfikacją. Wymagane są porty RS-232C, LAN i USB.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE

DYREKTOR
Przychodni Lekarskiej
Akademii Obrony Narodowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Dyrektor PL AON SPZOZ
Lek. Janusz Nowogłowski