

.....
 (pieczęć Wykonawcy)

Sprawa nr PL AON-ZP/01/2017

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: – laryngoskop autoklawowalny - 1 komplet

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:

Nazwa producenta:

Kraj produkcji:

Rok produkcji (min. 2016):

PAKIET nr 4

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
OPTYKA LARYNGOSKOPOWA			
1.	Średnica 5-7 mm	TAK	
2.	Długość robocza 185-195 mm	TAK	
3.	Kąt patrzenia 90st	TAK	
4.	Autoklawowalna	TAK	
5.	Okienko obiektywu szafirowe lutowane	TAK	
6.	Konstrukcja endoskopu zbudowana z trzech rurek	TAK	
7.	Przyłącze światłowody wyposażone w adaptory pozwalające podpiąć światłowody w standardach STORZ, WOLF, STRYKER, OLYMPUS	TAK	
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA			
1.	Żarówka 150-200W halogen i min. 21V	TAK	
2.	Gniazdo w systemie WOLF	TAK	
3.	Zapasowa żarówka	TAK	
4.	Płynna regulacja natężenia światła	TAK	
5.	Zasilanie: 230-240V, 50-60 Hz	TAK	
6.	Temperatura barwowa oświetlenia min. 3200 K	TAK	
7.	Wymiary max. (mm): 180 x 350 x 230	TAK	
8.	Wejście: WOLF lub STORZ	TAK	
9.	Waga 3-3,5 kg	TAK	
10.	Warunki pracy, temperatura otoczenia do 32°C	TAK	

ŚWIATŁOWÓD

1.	Światłowód o długości 1,9-2,1 m i średnicy aktywnej włókien min. 4,8 mm	TAK	
2.	W konstrukcji musi posiadać stalową sprężynę - zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi	TAK	
3.	Koszulka z włókna szklanego - zabezpieczającą przed uszkodzeniem włókien przez siły rozciągające.	TAK	
4.	Końcówka od strony przyrządu w systemie STORZ	TAK	
5.	Zewnętrzna osłona silikonowa zapewniająca szczelność i ułatwiającą czyszczenie	TAK	
6.	Końcówka od strony źródła światła w systemie WOLF;	TAK	
7.	Autoklawowalny	TAK	

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej.
3. Podać nazwę punktu/-ów serwisowego/-ych w którym/-ch będą wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne:

.....

Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy .

.....

miejsowość i data

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej