

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Sprawa nr PL AON-ZP/01/2017

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: – **tonometr bezkontaktowy - 1 komplet**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:

Nazwa producenta:

Kraj produkcji:

Rok produkcji (min. 2016):

PAKIET nr 5

L.p.	Parametr	Wartość wymagana	Wartość oferowana TAK/NIE
1.	Aparat fabrycznie nowy	TAK	
2.	Zakres pomiaru 1-60 mmHg	TAK	
3.	Ustawienia zakresów pomiarowych: 1-40 mmHg, 1-60 mmHg, (z funkcją automatycznej kontroli siły podmuchu i bez funkcji kontroli siły podmuchu)	TAK	
4.	Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu (APC)	TAK	
5.	Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech płaszczyznach (możliwość pracy w trybie manualnym lub trybie 2D)	TAK	
6.	Funkcja autostartu pomiaru (możliwość pracy w trybie manualnym)	TAK	
7.	Funkcja AI - automatyczne wykrywanie najlepszej wartości i AC - automatyczne dopełnianie badania	TAK	
8.	Odległość robocza: 11-15 mm	TAK	
9.	Możliwość pomiaru przy niepełnym obszarze planacji (funkcja „opadającej powieki”)	TAK	
10.	Drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem papieru	TAK	
11.	Kolorowy, uchylny monitor LCD min. 5 cali	TAK	
12.	Elektrycznie sterowany podbródek	TAK	

13.	Zabezpieczenie przed traumatyzacją rogówki (blokada mechaniczna oraz sygnał ostrzegawczy)	TAK	
14.	Kompensacja IOP o grubość rogówki	TAK	
15.	Porty: RS-232C, LAN, USB	TAK	
16.	Możliwość przesyłania plików z wynikami badań w formacie .xml	TAK	
17.	Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych oraz czytnik kart magnetycznych	TAK	
18.	Stolik elektryczny z blatem na dwa aparaty	TAK	

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczane za zgodność z oryginałem. Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej.
3. Podać nazwę punktu/-ów serwisowego/-ych w którym/-ch będą wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne:

.....

Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy.

.....

miejsowość i data

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej