

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Sprawa nr PL AON-ZP/01/2017

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Lampy bezcieniowe zabiegowo-diagnostyczne - 3 komplety

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:

Nazwa producenta:

Kraj produkcji:

Rok produkcji (min. 2016):

PAKIET nr 7

Lp.	Parametry techniczne	Parametry wymagane	Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE; opis parametru
1	Lampa zabiegowa na statywie jezdnym wyposażona w oprawę oświetleniową z białymi diodami LED	TAK	
2	Regulacja położenia lampy możliwa dzięki sterylizowanemu uchwytyowi zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy	TAK	
3	Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość	TAK	
4	Szeroki zakres regulacji dzięki możliwości obrotu względem czterech osi	TAK	
5	W pełni obrotowa konstrukcja lampy	TAK	
6	Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu	TAK	
7	Możliwość obrotu kopuły osi pionowej i poziomej	TAK	
8	Ilość źródeł światła: ≥ 18	TAK	
9	Zastosowanie techniki diodowej eliminującej nagrzewanie się lampy	TAK	
10	Natężenie oświetlenia w odległości 1m: $\geq 60\ 000$ lux	TAK	
11	Przedział roboczy: min. 106-140 cm	TAK	
12	Współczynnik odwzorowania barw min. Ra:95	TAK	
13	Temperatura barwowa: 4.200 K \pm 5%	TAK	
14	Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 50-100% - bezdotykowa	TAK	

15	Pobór mocy poniżej 20 W	TAK	
16	Waga max 37 kg	TAK	
17	Żywotność źródła światła do 50.000 h	TAK	
18	Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I	TAK	
19	Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1-2	TAK	

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie jego obsługi,
a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej.
3. Podać nazwę punktu/-ów serwisowego/-ych w którym/-ch będą wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne:

.....
.....

Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy.

.....

miejsce i data

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej