

Warszawa, 21.03.2017 r.

PRZYCHODNIA LEKARSKA
AKADEMII OBRONY NARODOWEJ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-910 Warszawa Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 103

Nr sprawy: PL AON-ZP/01/2017

Wszyscy biorący udział w postępowaniu

Zmiana załączników do SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmianie ulegają załączniki nr 3 (dotyczy pakietów nr 1,2,5,7) i 5.

Dotyczy załącznika nr 3 pakiet 1 pkt 25 i 26

W miejsce zapisu punktu nr 25 o treści:

„Autoryzowany przez producenta punkt serwisowy w Warszawie (min. 5 lat)”

Wprowadza się zapis o treści: nie dotyczy

W miejsce zapisu punktu nr 26 o treści: *„Czas reakcji serwisu do 24h w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych).Czas naprawy do 3 dni. Aparat zastępczy na czas naprawy powyżej 3 dni o parametrach równoważnych z naprawianym”.*

Wprowadza się zapis o treści: *„Aparat zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni o parametrach równoważnych z naprawianym”.*

Dotyczy załącznika nr 3 pakiet 2 punkty: 2,3,4,11,17,28

W miejsce zapisu punktu nr 2 o treści: *„Kolorowy ekran graficzny LCD 3,9” z możliwością podglądu 12 lub 8 odprowadzeń EKG jednocześnie lub w grupach po 3”*

Wprowadza się zapis o treści: *„Kolorowy ekran graficzny LCD min. 3,9” z możliwością podglądu 12 lub 8 odprowadzeń EKG jednocześnie lub w grupach po 3”*

W miejsce zapisu punktu nr 3 o treści: *„Rozdzielczość ekranu 320 x 240 pikseli”.*

Wprowadza się zapis o treści: *„Rozdzielczość ekranu min. 320 x 240 pikseli”.*

W miejsce zapisu punktu nr 4 o treści: *„Wymiar ekranu 60 x 80 mm”*

Wprowadza się zapis o treści: *„ Wymiar ekranu min. 60 x 80 mm”*

W miejsce zapisu punktu nr 11 o treści: *„Papier termiczny składanka o szerokości 108 mm”*

Wprowadza się zapis o treści: *„Papier termiczny składanka o szerokości 100-110 mm”*

W miejsce zapisu punktu nr 17 o treści: *„Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz”*

Wprowadza się zapis o treści: *„Filtr zakłóceń sieciowych 50-60 Hz”*

W miejsce zapisu punktu nr 28 o treści: *„Funkcja wydruku najlepszych 10 sekund z zarejestrowanego zapisu EKG – funkcja Best 10”*

Wprowadza się zapis o treści: *„Funkcja wydruku najlepszych 10 sekund z zarejestrowanego zapisu EKG”*

Dotyczy załącznika nr 3 pakiet 5 punkty: 8 i 11

W miejsce zapisu punktu nr o treści: *„Odległość robocza: 11 mm”*

Wprowadza się zapis o treści: *„Odległość robocza: 11-15 mm”*

W miejsce zapisu punktu nr o treści: *„Kolorowy, uchylny monitor LCD (5,7 cala)”*

Wprowadza się zapis o treści: *„Kolorowy, uchylny monitor LCD min. 5 cali ”*

DYREKTOR
Przychodni Lekarskiej
Akademii Obrony Narodowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Lek. Janusz Niewęgłowski

Dotyczy załącznika nr 3 pakiet 7 punkty: 11,14,17

W miejsce zapisu punktu nr 11 o treści: „Przedział roboczy: min. 70-140 cm”

Wprowadza się zapis o treści: „Przedział roboczy: min. 106-140 cm”

W miejsce zapisu punktu nr 14 o treści: „Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 40-100% - bezdotykowa”

Wprowadza się zapis o treści: „Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 50-100% - bezdotykowa”

W miejsce zapisu punktu nr 17 o treści: „Żywotność źródła światła do 40.000 h”

Wprowadza się zapis o treści: „Żywotność źródła światła do 50.000 h”

Dotyczy załącznika nr 5 (§ 6, ust. 3 i 4)

W miejsce zapisu § 6 ust. 3 o treści: „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie uszkodzenia (świadczenie w ramach serwisu gwarancyjnego), liczony od daty zgłoszenia awarii – do 48 godz”.

Wprowadza się zapis o treści: „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie uszkodzenia (świadczenie w ramach serwisu gwarancyjnego), liczony od daty zgłoszenia awarii – do 48 godz.- 2 dni robocze”.

W miejsce zapisu § 6 ust. 4 o treści: „Czas skutecznej naprawy niewymagającej sprowadzania z zagranicy części nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku”.

Wprowadza się zapis o treści: „Czas skutecznej naprawy niewymagającej sprowadzania z zagranicy części nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku”.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE

DYREKTOR
Przychodni Lekarskiej
Akademii Obrony Narodowej
...amodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Leb. Janusz Nowogrodzki
Dyrektor PLAON SPZOZ